

Informace z Nastavení QM Therapy:

Vytvořit podadresář Program a Protocol = V případě přesměrování se ve složce se jménem klienta vytvoří složka Program a Protocol.

Import do RavoRife = vytvoří exportní soubor pro Ravo Rife

Import do Elzapp = vytvoří exportní soubor pro Elzapp

Programy z FQ Qmtrin = přidá na konce programu frekvencí i programy doporučené z FQ Qmtrin

Email Timing = v případě zadané e-mailové adresy se při spuštění časování v QM Timing odešle e-mail hlášení.

Pos. F,L,I,M = posice rozlišovacího písmene v souborech s programy (dávkami). Na začátku, v textu, nebo na konci zkratky ze jména.

IsertTest použije z minule = (není u všech verzí) použije v bloku zadávání vlastních přípravků (vegetotest) z minulého zadání.

Zobrazit poslední data = po spuštění programu se načtou data posledního klienta před uzavřením programu.

Ideal + Max. = Vygenerují se navíc i soubory s programy (dávkami) s frekvencemi s ideálním rozsahem a maximálním rozsahem.

Automat = po provedení Scan se spustí automaticky terapie QM Therapy

Bez diakritiky = Názvy souborů klienta se vytváří bez diakritiky. Vhodné v případě cizojazyčných mutací windows.

Zmenšení oken = Vhodné starých počítačů s velmi nízkým rozlišením, zpravidla není nutné využívat.

Pomalý systém PC = Vhodné starých počítačů s nízkou rychlostí, zpravidla není nutné využívat.

Proc. [%] = Zobrazí hodnotu v procentech odpovídající pořadí dané frekvence (POZOR: vliv pouze u frekvencí ne u přípravků)

Tmavý barevný motiv = ztmaví barvu pozadí ve všech oknech. Vhodnější je ponechat světlý motiv, pokud to je možné.

Protokol – přehled = bude se vytvářet a stále doplňovat přehledný protokol k danému klientovi.


Rok je první = pokud v následném datu rok první, označí se.


Nová verze Firmware v FQ = označí se pouze, pokud je v přístroji FQ Qmtrin instalována nová verze, nebo při použití přístroje FQT Gener.

FQT Color = nová verze u FQT Gener.

V případě, že se získané výstupy využívají v jiném zařízení než je FQ Qmtrin Quantum Harmony např. v zapperu, lze zvolit prodloužení času. Posuvníky **Plus** resp. **Export** lze přednastavit přičítání určitého počtu minut ke všem frekvencím ve všech výstupních souborech resp. jen v souborech pro export.

Tlačítko  je výchozí nastavení.

Tlačítko  (symbol názvu programu – dávky) znamená, že budou všechny soubory výstupních dat odděleny do samostatných programů (dávky) a budou spouštěny odděleně a samostatně.


Tlačítko  (suma) znamená, že všechny soubory výstupních dat budou v jediném programu (dávce) a budou spouštěny najednou.

Citlivost = čím vyšší citlivost, tím více výsledků. Nastavuje se jako výchozí na cca 50 %, čím se získá dostatečné množství výstupu, které lze dát do optimálně dlouhé dávky.

Limit = jedná se o optické oddělení vodorovnou čarou získaných výsledků přípravků.


Velikost písma = lze změnit velikost písma. Projeví se až po restartování programu.

Barva = nastavení jiného barevného spektra



Způsob detekce = telemetricky nebo pomocí elektrod.

Pokud se zvolí způsob pomocí elektrod, je nutno držet elektrody po celou dobu terapie.



Levé zátržítko = seřazení balíčků přípravků podle odezvy

Pravé zátržítko = nezobrazí se výrobce u balíčků přípravků

Informace z Nastavení QM Timing:

Záloha položek = uskutečněná terapie se zapíše do samostatného souboru

Email Timing = v případě zadané e-mailové adresy se při spuštění časování v QM Timing odešle e-mail hlášení.

Cloud PC = v případě spolupráce více PC přes Cloudové úložiště.

Přepisovat= data ve shodný čas se přepíše, jinak se skládají za sebou

Použít poslední nastavení při zadávání = při zadávání délky a opakování terapie zůstanou zobrazena poslední data